cadena drills

Wiertła do wkładów koronowo-korzeniowych

INSTRUKCJA UŻYCIA
Cadena Polygon Drill
Cadena Prosthetic Drill
Cadena Endodiontic Drill

Są to wiertła asygnowane do preparacji kanału do precyzyjnego umieszczenia wkładów koronowo-korzeniowych CADENA Polygon, Prosthetic i Endodontic. Wykonane są ze stali nierdzewnej.
Wiertła CADENA Drill są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach z oznaczeniami odpowiadającymi przypisanych do nich wkładów :

Wkład CADENA	**Wiertło**
Cadena Polygon 1 (żółty)	CPYD01 (żółty)
Cadena Polygon 2 (czerwony)	CPYD02 (czerwony)
Cadena Polygon 3 (niebieski)	CPYD03 (niebieski)
Cadena Prosthetic 0 (czarny)	CPD100 (czarny)
Cadena Prosthetic 1 (żółty)	CPD101 (żółty)
Cadena Prosthetic 2 (czerwony)	CPD102 (czerwony)
CadenaProsthetic 3 (niebieski)	CPD103 (niebieski)
Cadena Prosthetic 4 (zielony)	CPD104 (zielony)
Cadena Endodontic 0 (czarny)	CED200 (czarny)
Cadena Endodontic 1 (żółty)	CED201 (żółty)
Cadena Endodontic 2 (czerwony)	CED202 (czerwony)
Cadena Endodontic 3 (niebieski)	CED203 (niebieski)
Cadena Endodontic 4 (zielony)	CED204 (zielony)

Procedura użycia:
Zalecane jest stosowanie okularów, masek ochronnych i koferdamu .
1. Usunąć materiał zabezpieczający kanał do żądanej głębokości, stosując odpowiednie wiertło typu Gates - Glidden lub Largo na niskiej prędkości(1500-3000 obrotów). Usunąć jak najmniejszą ilość zębiny kanałowej. Do odbudowy zachowawczej należy pozostawić 3 -4 mm od anatomicznego wierzchołka zęba. Rozwiercać stopniowo kończąc wiertłem najlepiej dopasowanym do wybranego wkładu.

2. Zawsze stosować wiertło odpowiadające stosowanemu wkładowi (tabela). Nigdy nie używać jedynie wiertła Cadena Drill do bezpośredniego przygotowania przestrzeni kanału, nadmierna ilość ciepła może spowodować uszkodzenie zęba. Przed użyciem sprawdzić stopień zużycia wiertła.

3. Wiertło Cadena Drill umocować w końcówce z redukcją 2:1 lub 3:1, upewnić się że jest właściwie zamocowane. Pracować w kanale z małą prędkością (1500-3000 rpm) z chłodzeniem wodą (>25 ml/min) poruszając łagodnie w górę i w dół, pozwalając na usunięcie drobin zębiny. Nie stosować siły przy wprowadzaniu do kanału, jeśli nie zostanie osiągnięta żądana głębokość powtórzyć krok pracy wiertłem typu Largo lub Peso. .

4. Stosując wiertło Cadena Polygon Drill gdy zostanie osiągnięta żądana głębokość opierając na wierzchołku wykonywać oscylacyjne ruchy zgodnie z największą średnicą eliptycznego kanału by właściwie ukształtować ściany zębinowe części koronowej dla uzyskania kanału odpowiedniego dla owalnego wkładu Polygon.

Largo/Peeso (Ømm)	**Cadena Prosthetic Drill**	**Cadena Polygon Drill**	**Cadena Endodontic Drill**
# 1 (0.7)	CPD100 czarny		CED200 czarny
# 1 (0.7)	CPD101 żółty		CED201 żółty
# 2 (0.9)	CPD102 czerwony	CPYD01 żółty	CED202 czerwony
# 3 (1.1)	CPD103 niebieski	CPYD02 czerwony	CED203 niebieski
# 4 (1.3)	CPD104 zielony	CPYD03 niebieski	CED204 zielony
# 5 (1.5)			
# 6 (1.7)			

Dezynfekcja, czyszczenie , sterylizacja
Wiertła muszą być starannie sterylizowane zgodnie z zalecanymi procedurami poprzez:
- oczyszczenie w specjalnym roztworze do dentystycznych narzędzi stalowych
- umycie
- wysuszenie
- sterylizację w rękawie sterylizacyjnym w programie właściwym dla sterylizacji narzędzi

Wiertła przechowywać w suchym czystym zabezpieczonym miejscu.
Nie używać wierteł jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Utylizacja
Utylizacji dokonywać zgodnie z przepisami, zwracając uwagę by stosować pojemniki odporne na przebicie.

Uwagi i przeciwwskazania:
- Cadena Drills mogą być sterylizowane w autoklawie przy temp. 135°C i ciśnieniu 2,1 bara przez 5 min. umieszczone w szczelnym rękawie
- do dezynfekcji stosować tylko płyny przeznaczone do narzędzi dentystycznych, preferowane roztwory z dodatkiem antykorozyjnym
- nigdy nie stosować wiertła do usunięcia dużych ilości tkanki
- do stosowania tylko przez przez stomatologa
- wiertła zawierają metale, które mogą u niektórych pacjentów powodować alergię
- zaleca się stosowanie masek i okularów ochronnych, silnego odssysania oraz koferdamu dla uniknięcia zranienia pacjenta i stomatologa
- stosować tylko niskie prędkości (<3000 obrotów) z chłodzeniem wodnym >25 ml/min by nie uszkodzić opracowywanych tkanek.
- produkt zawiera metale mogące powodować reakcje alergiczne, wskazane jest wykonanie próby
- chronić przed dziećmi, w wypadku połknięcia pilnie wezwać lekarza.

Producent:
Overfibers S.r.l.
Via Malatesta 7, 40026 Imola (BO)

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w dentystyce. Należy go używać zawsze zgodnie z instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie niż przewidziane. Dane produktu mogą się zmienić i nie są wiążące.

Data przygotowania instrukcji: 10/19, wer. 01.

CE
0476

Dystrybutor:
BALLITO, 91-348 Łódź, Św. Teresy 5/9/010
tel. 42 6585658
info@cadena.cc
www.cadena.cc